

Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI STILETTI AUTOBLOCCANTI DA DESTINARE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA - codice gara ANAC 8203896

Protocollo gara: PA-STILETTI-2021

Ente: Centrale di Acquisto per la Sanità (CRAS)

Data creazione report: 23/08/2021 16:39

Chiarimento n. 3 : risposta al chiarimento 1 e 2

da Ente alle 09/08/2021 11:04

Con riferimento al quesito posto con chiarimento 1 e 2 dal medesimo o.e. :

"Le caratteristiche essenziali del prodotto richiesto nella procedura in oggetto, identifica in maniera chiara ed inequivocabile il prodotto di un solo competitor , Spectranetics, impedendo alle altre aziende con prodotti analoghi la partecipazione . Pur valendo il principio dell'equivalenza le caratteristiche tecniche identificate sono così specifiche che l'esclusione dalla gara sarebbe certa . Essendo una procedura regionale pare legittimo chiedere di aprire il livello competitivo identificando caratteristiche più generiche che permettano a tutte le aziende del settore la partecipazione."

RISPOSTA:

i quesiti segnalati sono stati esaminati dal Tavolo Tecnico dei cardiologi i quali hanno confermato che le caratteristiche definite nel capitolato rispondono a specifiche esigenze di utilizzo dei tecnici, precisando altresì quanto segue:

- a) Lo Stiletto autobloccante per la stabilizzazione del catetere durante l'uso di introduttori per estrazione è la principale caratteristica per la quale il prodotto viene usato
- b) La Disponibilità del mandrino formato da rete metallica che si espande lungo tutta la lunghezza dell'elettrocattetere per renderlo stabile durante l'estrazione bloccando il lume dello stesso, permette di avere un corpo unico dell'elettrocattetere per tutta la sua estensione, dalla punta alla coda, in modo da ridurre il rischio di despiralizzazione del catetere e di frattura in eventuali zone dove il catetere non è solidale con il mandrino.
- c) La Disponibilità di misure 0,012" e 0,015" (misure relativamente piccole) permettono l'adeguamento degli stiletto a tutte le situazioni, anche quando il lume dell'elettrodo è parzialmente occluso (coaguli o fratture del catetere).
- d) La Disponibilità di misure 65 cm per cateteri standard, 85 cm per elettrodi sinistri abbraccia tutte le tipologie di elettrocatteteri presenti in commercio, quindi una gamma di misure che si adegua in modo opportuno a tutte le evenienze e tutte le esigenze dell'operatore.
- e) La possibilità di riposizionare lo stiletto dopo la prima apertura agevola molto la tecnica e permette anche la rimozione dello stesso qualora l'elettrodo non possa essere estratto per caratteristiche fisiche dello stesso o per difficoltà anatomiche del paziente.

Si confermano pertanto tutte le caratteristiche già definite nel capitolato tecnico.